


無洗米



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 1g
試料皿温度 200
平均測定時間 9.4分

水分率
平均値 16.08%
再現性 0.214%
C V 値 1.33%

— 1回目 15.77%
— 2回目 16.17%
— 3回目 16.10%
— 4回目 16.26%