

## 包装米飯(白米)

測定機種:MX-50  
測定モード:標準モード  
(測定精度:M I D)

試料質量 1g  
試料皿温度 200  
平均測定時間 15.3分

水分率  
平均値 64.51%  
再現性 0.384%  
C V 値 0.60%

