


シラス干し



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 5g
試料皿温度 200
平均測定時間 15.3分
水分率
 平均値 70.23%
 再現性 0.246%
 C V 値 0.35%

- 1回目 70.29%
- 2回目 69.88%
- 3回目 70.28%
- 4回目 70.46%