


マスタード(粒入り,ペースト)



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 1g
試料皿温度 200
平均測定時間 13.5分
水分率
 平均値 54.55%
 再現性 0.416%
 C V 値 0.76%

— 1回目 54.65%
— 2回目 54.18%
— 3回目 54.10%
— 4回目 55.12%
— 5回目 54.69%