


インスタントコーヒー A



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)
試料質量 1g
試料皿温度 120
平均測定時間 7.1分
水分率
平均値 7.66%
再現性 0.100%
C V 値 1.31%