

乾燥はるさめ

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 2g
試料皿温度 200
平均測定時間 15.8分

水分率
 平均値 14.80%
 再現性 0.150%
 C V 値 1.01%

1回目 14.90%
2回目 14.58%
3回目 14.83%
4回目 14.89%

備考:
3cm程度にして測定

