


乾燥スパゲティ



測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 2g
試料皿温度 200
平均測定時間 15.8分
水分率

平均値 13.70%
再現性 0.211%
C V 値 1.54%

1回目 13.91%
2回目 13.41%
3回目 13.69%
4回目 13.77%

備考:
軽く叩いて粉碎後測定