

クッキー

測定機種:MX-50
測定モード:標準モード
(測定精度:M I D)

試料質量 5g
試料皿温度 140
平均測定時間 5.5分

水分率
平均値 2.00%
再現性 0.054%
C V 値 2.70%

1回目	2.05%
2回目	1.93%
3回目	2.01%
4回目	1.95%
5回目	2.04%

備考:
軽く叩いて粉碎後測定

