



제2018-009910-01호

# 안전인증서

에이.엔.디 전자저울(주)  
충청북도 진천군 진천읍 덕금로 125

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____	<b>품 목</b>	_____
_____	써밍박스(SUMMING BOX)	_____
_____	<b>형식·모델(용량·등급) / 인증번호</b>	_____
_____	AD-303EP(Ex d IIB+H <sub>2</sub> T6) / 18-KA2BO-0119X	_____
_____	<b>인증기준</b>	_____
_____	고용노동부고시 제2016-54호	_____
_____	<b>인증조건</b>	_____

## 1. 제조공장

·본 인증서는 '충청북도 진천군 진천읍 덕금로 125'에서 생산하는 제품에 한함.

## 2. 제품개요

- 제품개요: 당 제품은 알루미늄 합금으로 제조된 내압방폭구조 써밍박스임.
- 제품정격: 30 Vdc, 0.54 A
- 사용주위온도:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- IEC 60529에 따른 보호등급 IP66 을 만족함.

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

## 4. 안전한 사용을 위한 조건

- 커버를 고정하는 나사의 등급은 A2-70 이상일 것.
- 화염접합면의 치수는 제조자에게 문의할 것.

5. 인증(변경)사항: 없음.

## 6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2018 년 04 월 02 일

## 한국산업기술시험원장





제2018-009911-01호

# 안전인증서

에이.엔.디 전자저울(주)  
충청북도 진천군 진천읍 덕금로 125

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____	<b>품 목</b>	_____
_____	써밍박스(SUMMING BOX)	_____
_____	<b>형식·모델(용량·등급) / 인증번호</b>	_____
_____	AD-303EP(Ex tD A21 T85 °C) / 18-KA2BO-0184	_____
_____	<b>인증기준</b>	_____
_____	고용노동부고시 제2016-54호	_____
_____	<b>인증조건</b>	_____

## 1. 제조공장

·본 인증서는 '충청북도 진천군 진천읍 덕금로 125'에서 생산하는 제품에 한함.

## 2. 제품개요

- 제품개요: 당 제품은 알루미늄 합금으로 제조된 분진방폭구조 써밍박스임.
- 제품정격: 30 Vdc, 0.54 A
- 사용주위온도:  $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- IEC 60529에 따른 보호등급 IP66 을 만족함.

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건: 없음.

5. 인증(변경)사항: 없음.

## 6. 그 밖의 사항

- 사용자 매뉴얼 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2018 년 04 월 02 일

## 한국산업기술시험원장

