



제17-0547호

안전인증서

에이.엔.디 전자저울(주)

충청북도 진천군 진천읍 덕금로 125

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

INDICATOR

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
AD-2000EP	AC 85V~250V, 1A Ex d IIB T6(IP66)	17-GA2BO-0547X

인증기준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인증조건

-20 ℃ ≤ Tamb ≤ +40 ℃, 뒷면 인증조건 참조
[Case 규격 : 220mm(W)×240mm(H)×130mm(D)]

2017년 08월 23일

한국가스안전공사 사장





제 17-0548호

안전인증서

에이.엔.디 전자저울(주)

충청북도 진천군 진천읍 덕금로 125

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

INDICATOR

형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
AD-2000EP	AC 85V~250V, 1A Ex tD A21 IP66 T85℃	17-GA2BO-0548X

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

-20℃ ≤ Tamb ≤ +40℃, 뒷면 인증조건 참조

[Case 규격 : 220mm(W)×240mm(H)×130mm(D)]

2017년 08월 23일

한국가스안전공사 사장

